



Technischer Datenbogen/Gewährleistungsgarantie
Anlage zum Antrag
auf Erteilung einer Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung
langzeitelektrokardiographischer Untersuchungen

Vom Hersteller/Vertreiber auszufüllen!

Gerät zur Aufzeichnung

Angaben zum Benutzer der/des Geräte(s): <i>(bitte immer den/die Arztnamen angeben)</i>	Anschrift:

Angaben zum Eigentümer der/des Geräte(s): <i>(Name der Praxis, des MVZ, des Krankenhauses/der Apparategemeinschaft)</i>	Angaben Standort der/des Geräte(s): <i>(Anschrift)</i>

Datum der Auslieferung des L-EKG- Aufzeichnungsgerätes	
Gerätebezeichnung/Typ:	
Baujahr:	
Hersteller/Vertreiber:	

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass das o. g. Gerät eine kontinuierliche Aufzeichnung über 24 Stunden bei simultaner, mindestens 2-kanaliger-EKG-Ableitung gewährleistet.

Ort u. Datum

(Stempel und Unterschrift des
Herstellers/Vertreibers)

Vom Hersteller/Vertreiber auszufüllen!

Auswertesystem

Angaben zum Benutzer des Systems: <i>(bitte immer den/die Arztnamen angeben)</i>	Anschrift:

Angaben zum Eigentümer des Systems <i>(Name der Praxis, des MVZ, des Krankenhauses/der Apparategemeinschaft)</i>	Angaben Standort der/des Geräte(s): <i>(Anschrift)</i>

Datum der Auslieferung des L-EKG-Auswertesystems	
Gerätebezeichnung/Typ:	
Baujahr:	
Hersteller/Vertreiber:	

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass das o. g. System die nachfolgenden Bedingungen gewährleistet.

Im Rahmen der kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Auswertung werden alle wichtigen Ereignisse erfasst.

Als wichtige Ereignisse gelten:

- Asystolie über 2,0 sec. Dauer	- ventrikuläre Extrasystolen
- supraventrikuläre Tachykardie	- höhergradige tachykarde ventrikuläre Rhythmusstörungen
- Vorhofflimmern	- Kammertachykardie
- Vorhofflattern	- Kammerflattern
	- Kammerflimmern

Der im Auswertesystem verfügbare Dokumentationsspeicher gewährleistet, dass auch bei gehäuft auftretenden Ereignissen eine in quantitativer Hinsicht korrekte Beurteilung möglich ist.

Das Auswertesystem ermöglicht die computergestützte Auswertung eines kontinuierlich aufgezeichneten L-EKG von mindestens 18 Stunden Dauer

Ort u. Datum

(Stempel und Unterschrift des
Herstellers/Vertreibers)