



Technischer Datenbogen/Gewährleistungsgarantie

Anlage zum Genehmigungsantrag
kurativen Mammographie

- Röntgengerät -

QR-Code nur für internen KVWL-Gebrauch



Vom Hersteller/Vertreiber auszufüllen!
Ergänzen Sie bitte fehlende Angaben in den farbig markierten Feldern!

Angaben zum Benutzer des Gerätes: (bitte immer den/die Arztnamen angeben)	Anschrift:

Angaben zum Eigentümer des Gerätes: (Name der Praxis, des MVZ, des Krankenhauses)	Angaben Standort des Gerätes: (Anschrift)

Die Anlage wurde/wird am installiert.

Gerätebezeichnung/Typ:
Baujahr:
Hersteller/Vertreiber:

Apparative Anforderungen an die Mammographieeinrichtung:

Einrichtungen mit digitalem Bildempfänger

Aufnahmegerät Anlage I Nr. 1.1

Digitaler Bildempfänger (Speicherfolien-System)

oder

Digitaler Bildempfänger (integriertes System)

Mammateilaufnahmen Anlage I Nr.2

Zusatzeinrichtung zu Pkt. 1 für Mammateilaufnahmen (Zielaufnahmen, Vergrößerungsaufnahmen)

Übergangsregelung *(bis zum 31.12.2021)*

Mammographieeinrichtungen mit **digitalem Bildempfänger** können bei Antragstellung **bis zum 31.12.2021** eine Genehmigung erhalten, wenn sie abweichend von Anlage I Nr.1.4 (Bildformat), ein Bildformat von mindestens $18 \pm 1 \times 24 \pm 1 \text{ cm}^2$ haben, bzw. abweichend von Anlage I Nr. 1.6.2 (Datentransfer), die Anforderungen nach Anlage I Nr. 1.6.2 nicht erfüllen.

Einrichtungen mit analogem Bildempfänger *(Antragstellung nur bis zum 31.12.2021 möglich)*

Aufnahmegerät Anlage Ia Nr. 1.1

analoger Bildempfänger (Film-Folien-System)

Mammateilaufnahmen Anlage Ia Nr. 2

Zusatzeinrichtung zu Pkt. 1 für Mammateilaufnahmen (Zielaufnahmen, Vergrößerungsaufnahmen)

Übergangsregelung *(bis zum 31.12.2021)*

- Bei Antragstellung **bis zum 31.12.2021** kann die Erfüllung der ergänzenden Anforderungen nach Anlage Ia (Apparative Anforderungen an Mammographieeinrichtungen mit **analogem Bildempfänger**) nachgewiesen werden.
- Mammographieeinrichtungen, mit **analogem Bildempfänger**, mit digitalem Bildempfänger, die ein Bildformat von mindestens $18 \pm 1 \times 24 \pm 1 \text{ cm}^2$ haben bzw. die Anforderungen nach Anlage I Nr. 1.6.2 nicht erfüllen, können weiterverwendet werden, wenn sie nach Antragstellung **bis zum 31.12.2021** eine Genehmigung erhalten haben.

Die Angaben zur Bildbetrachtung und Datenverarbeitung bei digitalen Mammographie-Aufnahmen werden über einen gesonderten Datenbogen abgefragt.

Gewährleistungsgarantie

Mit der Unterschrift wird versichert, dass das/die zuvor aufgeführte/n Mammographiegerät/e die gesetzlichen Voraussetzungen und die Anforderungen nach der Vereinbarung zur kurativen Mammographie in der gültigen Fassung erfüllt/erfüllen.



Ort u. Datum



**(Stempel und Unterschrift des
Herstellers/Vertreibers)**